


Державний комітет України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики

УКРАЇНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ
(УкрЦСМ)

03143, м. Київ-143
вул. Метрологічна, 4
Тел.: 266-52-29
Факс: 266-42-60
Ел. пошта: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua
Web-сторінка: www.ukrcsm.kiev.ua
Р/р 260040053900 в АБ "Брокбізнесбанк"
м. Києва МФО 300249 код 02568182 за ЄДРПОУ



Государственный комитет Украины
по вопросам технического регулирования
и потребительской политики

УКРАИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ
(УкрЦСМ)

03143, г. Киев-143
ул. Метрологическая, 4
Тел.: 266-52-29
Факс: 266-42-60
Эл. почта: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua
Web-страница: www.ukrcsm.kiev.ua
Р/с 260040053900 в АБ "Брокбизнесбанк"
г. Киева МФО 300249 код 02568182 по ЕГРПОУ

Від 23.06.2003 р. № 24-8/2/4
На б/н від 16.07.03 р.

Консультанту з технічних питань
ТОВ „Данфосс Т.о.в.”

Деменіну А.І.

На Ваші запитання щодо теплотічильників SONOCAL виробництва фірми DANFOSS A/S, Данія, надаємо такі відповіді.

1 Стандартна заводська пломба є достатньою умовою для визнання результатів первинної повірки теплотічильників.

2 Дата чергової повірки теплотічильників визначається за найбільш ранньою датою повірки його складової частини.

Начальник НВВ-6

В.І. Карташев

Вик. Зайцева О.О.
тел. 266-53-89